

CERTIFICADO DE ANÁLISIS


PRODUCTO : MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR x 50 UND
MATERIAL : Telas no tejidas de polipropileno y filtro meltblown
N° LOTE : 7416022038
FECHA PRODUCCIÓN : 06-2022
FECHA EXPIRACIÓN : 06-2027
REG. SAN. N° : 12618-DME-0122
FECHA : 12/06/2025

| ESPECIFICACIONES | MEDIDA | RESULTADOS | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| TALLA | Estándar | Conforme | |
| COLOR | Rosado | Conforme | |
| SUPERFICIE | No pelusas | Conforme | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | | |
| - Largo (cm) | 17.5 ± 0.5 | 17.7 | Conforme |
| - Ancho (cm) | 9.5 ± 0.5 | 9.6 | Conforme |
| - Largo de moldura nasal (cm) | 9.0 ± 1.5 | 9.8 | Conforme |
| - Gramaje de filtro (g/m ²) | 25 ± 1 | 25.1 | Conforme |
| - Gramaje PP frontal (g/m ²) | 25 ± 2 | 25.3 | Conforme |
| - Gramaje PP posterior (g/m ²) | 25 ± 2 | 25.1 | Conforme |
| - Peso (g) | 3.0 ± 0.5 | 3.1 | Conforme |
| REQUISITOS NTP 329.200 2020 | | | |
| - Eficiencia Filtración Bacteriana % | ≥ 98% | | Conforme |
| - Presión diferencial (Pa/cm ²) | < 60 | | Conforme |
| - Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa) | ≥ 16 | | Conforme |
| - Carga biológica (ufc/g) | ≤ 30 | | Conforme |
| - Biocompatibilidad: sensibilización, irritación, citotoxicidad, | Biocompatible | | Conforme |

CONCLUSIÓN: APROBADO

Nombre : ING. ALFREDO E. LEON LESCANO
Cargo : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 946 214 780

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD



FIRMA DEL RESPONSABLE