



N° 047-02-22

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	: MASCARILLA DESCARTABLE PARA NIÑOS BFE ≥ 98%
MATERIAL	: Capas de tela no tejidas de polipropileno y filtro meltblown
N° LOTE	: 8801722334
FECHA DE EXP.	: 01-2027
REG. SAN. N°	: No aplica
FECHA	: 02/02/2022

ESPECIFICACIONES	MEDIDA	RESULTADOS	
TALLA	Estándar	Estándar	
COLOR	Celeste	Celeste	
SUPERFICIE	No pelusas	No pelusas	
CARACTERISTICAS FÍSICAS			
- Largo (cm)	14.5 ± 0.5	14.7	Conforme
- Ancho (cm)	9.5 ± 0.5	9.6	Conforme
- Largo de moldura nasal (cm)	9.0 ± 1.5	9.1	Conforme
- Gramaje de filtro (g/m ²)	25 ± 1	25	Conforme
- Gramaje PP frontal (g/m ²)	25 ± 2	25	Conforme
- Gramaje PP posterior (g/m ²)	25 ± 2	25	Conforme
- Peso (g)	3.0 ± 0.5	3.1	Conforme

Plan de muestreo simple con nivel especial de inspección S-2 para el procedimiento intermedio y nivel de inspección II para el procedimiento final, AQL 1.5 según NTP-ISO 2859-1 2013 (revisada el 2018)

CONCLUSIÓN: APROBADO

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
JEFÉ DE CONTROL DE CALIDAD


FIRMA DEL RESPONSABLE

Nombre : ING. ALFREDO E. LEÓN LESCANO
Cargo : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 983 442 902

R&G Seguridad e Higiene
Industrial SAC


Percy Carlos Trujillo Castillo
Químico Farmacéutico
CQFP : 14803