

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	: MASCARILLA DESCARTABLE PARA NIÑOS
MATERIAL	: Telas no tejidas de polipropileno, filtro meltblown, elásticos y moldura nasal ergonómica.
N° LOTE	: 8812922038
FECHA PRODUCCIÓN	: 05-2022
FECHA EXPIRACIÓN	: 05-2027
REG. SAN. N°	: 12618-DME-0122
FECHA	: 15/06/2022

ESPECIFICACIONES	MEDIDA	RESULTADOS	
TALLA	Estándar	Conforme	
COLOR	Celeste	Conforme	
SUPERFICIE	No pelusas	Conforme	
CARACTERISTICAS FÍSICAS			
- Largo (cm)	14.5 ± 0.5	14.7	Conforme
- Ancho (cm)	9.5 ± 0.5	9.6	Conforme
- Largo de moldura nasal (cm)	9.0 ± 1.5	8.7	Conforme
- Gramaje de filtro (g/m ²)	25 ± 1	25.2	Conforme
- Gramaje PP frontal (g/m ²)	25 ± 2	25.3	Conforme
- Gramaje PP posterior (g/m ²)	25 ± 2	25.1	Conforme
- Peso (g)	3.0 ± 0.5	2.8	Conforme
REQUISITOS NTP 329.200 2020			
- Eficiencia Filtración Bacteriana %	≥ 98%	Conforme	
- Presión diferencial (Pa/cm ²)	< 60	Conforme	
- Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa)	≥ 16	Conforme	
- Carga biológica (ufc/g)	≤ 30	Conforme	
- Biocompatibilidad: sensibilización, irritación, citotoxicidad,	Biocompatible	Conforme	

CONCLUSIÓN: APROBADO

Nombre : ING. ALFREDO E. LEON LESCANO
Cargo : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 983 442 902

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD


 FIRMA DEL RESPONSABLE