

CERTIFICADO DE ANÁLISIS


N° 164-06-25

PRODUCTO : MASCARILLA DESCARTABLE PARA NIÑOS
MATERIAL : Telas no tejidas de polipropileno, filtro meltblown, elásticos y moldura nasal ergonómica.
N° LOTE : 8815725228
FECHA PRODUCCIÓN : 06-2025
FECHA EXPIRACIÓN : 06-2030
REG. SAN. N° : 12618-DME-0122
FECHA : 12/06/2025

ESPECIFICACIONES		MEDIDA	RESULTADOS
TALLA	Estándar	Estándar	Conforme
COLOR	Celeste	Celeste	Conforme
SUPERFICIE	No pelusas	No pelusas	Conforme
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
- Largo (cm)	14.5 ± 0.5	14.6	Conforme
- Ancho (cm)	9.5 ± 0.5	9.5	Conforme
- Largo de moldura nasal (cm)	9.0 ± 1.5	8.7	Conforme
- Gramaje de filtro (g/m ²)	25 ± 1	25.2	Conforme
- Gramaje PP frontal (g/m ²)	25 ± 2	25.1	Conforme
- Gramaje PP posterior (g/m ²)	25 ± 2	25.2	Conforme
- Peso (g)	3.0 ± 0.5	2.8	Conforme
REQUISITOS NTP 329.200 2020			
- Eficiencia Filtración Bacteriana %	≥ 98%		Conforme
- Presión diferencial (Pa/cm ²)	< 60		Conforme
- Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa)	≥ 16		Conforme
- Carga biológica (ufc/g)	≤ 30		Conforme
- Biocompatibilidad: sensibilización, irritación, citotoxicidad,	Biocompatible		Conforme

CONCLUSIÓN: APROBADO

Nombre : ING. ALFREDO E. LEÓN LESCANO
Cargo : JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 946 214 780

 **SEGURIDAD
E HIGIENE
INDUSTRIAL S.A.C.**

Ing. Alfredo E. León Lescano