



N° 070-04-23

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

<b>PRODUCTO</b>	: MASCARILLA DESCARTABLE PARA NIÑOS
<b>MATERIAL</b>	: Telas no tejidas de polipropileno, filtro meltblown, elásticos y moldura nasal ergonómica.
<b>Nº LOTE</b>	: 8827622048
<b>FECHA PRODUCCIÓN</b>	: 10-2022
<b>FECHA EXPIRACIÓN</b>	: 10-2027
<b>REG. SAN. Nº</b>	: 12618-DME-0122
<b>FECHA</b>	: 14/04/2023

ESPECIFICACIONES	MEDIDA	RESULTADOS	
<b>TALLA</b>	Estándar	Conforme	
<b>COLOR</b>	Celeste	Conforme	
<b>SUPERFICIE</b>	No pelusas	Conforme	
<b>CARACTERISTICAS FÍSICAS</b>			
- Largo (cm)	14.5 ± 0.5	14.6	Conforme
- Ancho (cm)	9.5 ± 0.5	9.5	Conforme
- Largo de moldura nasal (cm)	9.0 ± 1.5	8.6	Conforme
- Gramaje de filtro (g/m <sup>2</sup> )	25 ± 1	25.2	Conforme
- Gramaje PP frontal (g/m <sup>2</sup> )	25 ± 2	25.3	Conforme
- Gramaje PP posterior (g/m <sup>2</sup> )	25 ± 2	25.1	Conforme
- Peso (g)	3.0 ± 0.5	2.8	Conforme
<b>REQUISITOS NTP 329.200 2020</b>			
- Eficiencia Filtración Bacteriana %	≥ 98%	Conforme	
- Presión diferencial (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 60	Conforme	
- Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa)	≥ 16	Conforme	
- Carga biológica (ufc/g)	≤ 30	Conforme	
- Biocompatibilidad: sensibilización, irritación, citotoxicidad,	Biocompatible	Conforme	

### CONCLUSIÓN: APROBADO

**Nombre** : ING. ALFREDO E. LEON LESCANO  
**Cargo** : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  
**Compañía** : R&G S.A.C.  
**Teléfono** : +51 983 442 902

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC  
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

  
FIRMA DEL RESPONSABLE