

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO : MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR x 50 UND
MATERIAL : Telas no tejidas de polipropileno y filtro meltblown
N° LOTE : 6714125164
FECHA PRODUCCIÓN : 05-2025
FECHA EXPIRACIÓN : 05-2030
REG. SAN. N° : 12618-DME-0122
FECHA : 12/06/2025

ESPECIFICACIONES	MEDIDA	RESULTADOS	
TALLA	Estándar	Estándar	Conforme
COLOR	Celeste	Celeste	Conforme
SUPERFICIE	No pelusas	No pelusas	Conforme
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
- Largo (cm)	17.5 ± 0.5	17.8	Conforme
- Ancho (cm)	9.5 ± 0.5	9.6	Conforme
- Largo de moldura nasal (cm)	9.0 ± 1.5	9.9	Conforme
- Gramaje de filtro (g/m ²)	25 ± 1	25.2	Conforme
- Gramaje PP frontal (g/m ²)	25 ± 2	25.1	Conforme
- Gramaje PP posterior (g/m ²)	25 ± 2	25.3	Conforme
- Peso (g)	3.0 ± 0.5	3.1	Conforme
REQUISITOS NTP 329.200 2020			
- Eficiencia Filtración Bacteriana %	≥ 98%		Conforme
- Presión diferencial (Pa/cm ²)	< 60		Conforme
- Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa)	≥ 16		Conforme
- Carga biológica (ufc/g)	≤ 30		Conforme
- Biocompatibilidad: sensibilización, irritación, citotoxicidad,	Biocompatible		Conforme

CONCLUSIÓN: APROBADO

Nombre : ING. ALFREDO E. LEON LESCANO
Cargo : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 946 214 780

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD



TIRMA DEL RESPONSABLE