

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

<b>PRODUCTO</b>	: MASCARILLA DESCARTABLE PARA NIÑOS
<b>MATERIAL</b>	: Telas no tejidas de polipropileno, filtro meltblown, elásticos y moldura nasal ergonómica.
<b>N° LOTE</b>	: 9722922110
<b>FECHA PRODUCCIÓN</b>	: 08-2022
<b>FECHA EXPIRACIÓN</b>	: 08-2027
<b>REG. SAN. N°</b>	: 12618-DME-0122
<b>FECHA</b>	: 12/06/2025

ESPECIFICACIONES	MEDIDA	MEDIDA	RESULTADOS
<b>TALLA</b>	Estándar	Estándar	<b>Conforme</b>
<b>COLOR</b>	Blanco	Blanco	<b>Conforme</b>
<b>SUPERFICIE</b>	No pelusas	No pelusas	<b>Conforme</b>
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>			
- Largo (cm)	14.5 ± 0.5	14.6	<b>Conforme</b>
- Ancho (cm)	9.5 ± 0.5	9.5	<b>Conforme</b>
- Largo de moldura nasal (cm)	9.0 ± 1.5	8.7	<b>Conforme</b>
- Gramaje de filtro (g/m <sup>2</sup> )	25 ± 1	25.2	<b>Conforme</b>
- Gramaje PP frontal (g/m <sup>2</sup> )	25 ± 2	25.1	<b>Conforme</b>
- Gramaje PP posterior (g/m <sup>2</sup> )	25 ± 2	25.2	<b>Conforme</b>
- Peso (g)	3.0 ± 0.5	2.9	<b>Conforme</b>
<b>REQUISITOS NTP 329.200 2020</b>			
- Eficiencia Filtración Bacteriana %	≥ 98%		<b>Conforme</b>
- Presión diferencial (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 60		<b>Conforme</b>
- Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa)	≥ 16		<b>Conforme</b>
- Carga biológica (ufc/g)	≤ 30		<b>Conforme</b>
- Biocompatibilidad: sensibilización, irritación, citotoxicidad,	Biocompatible		<b>Conforme</b>

**CONCLUSIÓN:** APROBADO

**Nombre** : ING. ALFREDO E. LEÓN LESCANO  
**Cargo** : JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
**Compañía** : R&G S.A.C.  
**Teléfono** : +51 946 214 780